

ร่างขอบเขตงาน (Term of reference :TOR)

จัดซื้อ เติยงสูติกรรม จำนวน ๒ เติยง

๑. ความต้องการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความต้องการจัดซื้อ เติยงสูติกรรม จำนวน ๒ เติยง

๑.๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

๑.๑.๑ ใช้สำหรับปรับเตียงให้ผู้ป่วยนอนรอกคลอด และปรับเตียงให้เหมาะสมกับการคลอดในท่าต่างๆ

๑.๒ วงเงินประมาณการ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑.๓ ราคากลางในการจัดซื้อ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๒. คุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง นิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง

๓. รายละเอียดคุณลักษณะ

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นเตียงนอนรอกคลอดและสามารถปรับเป็นเตียงคลอดได้ในเตียงเดียวกัน
- ๓.๑.๒ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ , พนักพิงหลัง , ส่วนรองนั่ง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๓.๑.๓ มีแบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่อง
- ๓.๑.๔ สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๓.๑.๕ มีชุดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าของเตียงอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง
- ๓.๑.๖ มีชุดควบคุมการทำงานของเตียงด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดควบคุมด้วยมือ (Hand switch) หรือรีโมท คอนโทรลชนิดควบคุมด้วยเท้า (Foot switch)
- ๓.๑.๗ มีชุดควบคุมการทำงานของเตียงด้วยแผงควบคุมการทำงานด้านข้างของเตียง หรือ แผงควบคุมการทำงานอยู่บริเวณที่กั้นข้างเตียง
- ๓.๑.๘ ส่วนเบาะสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวก
- ๓.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล EN ๖๐๖๐๑-๑ , IEC ๖๐๖๐๑-๑-๒ หรือดีกว่า

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๒.๑ เตียงมีขนาดความกว้างรวมไม่น้อยกว่า ๙๘ เซนติเมตร และขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร
- ๓.๒.๒ พื้นเตียงแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
 - ๓.๒.๒.๑ ส่วนรองหลัง
 - ๓.๒.๒.๒ ส่วนรองนั่ง
 - ๓.๒.๒.๓ ส่วนรองรับขา
- ๓.๒.๓ สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียง โดยต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร เมื่อวัดจากพื้น
- ๓.๒.๔ สามารถปรับส่วนพนักพิงหลังด้วยระบบไฟฟ้าตั้งขึ้นได้ไม่น้อยกว่า +๗๐ องศา และปรับลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา เมื่อวัดจากแนวระนาบที่ขนานกับพื้น
- ๓.๒.๕ ปรับระดับศีรษะให้ต่ำเพื่อการจัดท่า Trendelenburg จากแนวระนาบได้ไม่น้อยกว่า - ๑๐ องศา
- ๓.๒.๖ สามารถปรับเตียงให้อยู่ในตำแหน่งแนวระนาบได้โดยง่าย เพื่อทำการกู้ชีพได้สะดวก
- ๓.๒.๗ ที่กั้นข้างเตียงสามารถพับเก็บไปที่ด้านข้างของเตียงเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายมารดาโดยไม่ต้องยกออก
- ๓.๒.๘ ตัวเตียงสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ กิโลกรัม
- ๓.๒.๙ มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และระบบล็อกล้อ Central lock เพื่อความแข็งแรงมั่นคงขณะทำการตรวจ

- ๓.๒.๑๐ มีปุ่มล๊อคการทำงานของระบบปรับเตียงเพื่อความปลอดภัยของมารดา
- ๓.๒.๑๑ มีช่องหรือบริเวณสำหรับติดตั้งเสาน้ำเกลือได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
- ๓.๒.๑๒ ส่วนรองรับขาสามารถพับเก็บเข้าใต้เตียงได้โดยไม่ต้องถอดออกเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- ๓.๒.๑๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (ต่อ ๑ เตียง)
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ๓.๒.๑๓.๑ ชุดควบคุมการปรับระดับเตียง | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๒ ชุดแบตเตอรี่ภายในเตียง | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๓ ชุดมือจับเบ่ง | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๔ เบาะนอน | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๕ เสาน้ำเกลือ | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๖ ถาดสำหรับรองรับของเสีย | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |
| ๓.๒.๑๓.๗ คู่มือการใช้งานฉบับย่อ | จำนวน ๑ ชุด/เตียง |

๔. การเสนอราคาและการส่งมอบ

- ๔.๑ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณภาพดี
- ๔.๒ รายการพัสดุที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจนค่าขนส่ง
- ๔.๓ ผู้ขายจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต มาสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับแพทย์, เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง, ช่างโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
- ๔.๔ มีหนังสือรับรองสารอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๕ มีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๖ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
- ๔.๗ ผู้ขายจะต้องส่งมอบของ พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๒ ชุด ในวันส่งมอบของ
- ๔.๘ รับประกันคุณภาพของสิ่งของอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- ๔.๙ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
- ๔.๑๐ ส่งของที่ กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบล พลุตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ๒๐๑๘๐

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จะชำระค่าสิ่งของครบถ้วนให้แก่ผู้ขายเมื่อโรงพยาบาลฯ ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลได้รับมอบ
ในระยะประกัน ถ้าอุปกรณ์มีปัญหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแก้ไขให้ดีภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน
ใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโรงพยาบาลจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๑๐. เงินงบประมาณ

เงินค่าพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้างในครั้งนี้ได้มาจากเงินรายรับสถานพยาบาล

๑๑. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Kanjudha @ gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๔๕๗๓๕ ต่อ
๖๙๖๖๕ ทั้งนี้ ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ

๑๒. การรับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น ; ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ

๑๒.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

๑๒.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๒๔๕๗๓๕ ต่อ ๖๙๖๖๕

๑๒.๓ E mail : Kanjudha @ gmail.com

ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็นผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้โรงพยาบาล
ทราบด้วย พร้อมใช้แบบฟอร์มการวิจารณ์ตามที่แนบในร่างขอบเขตงานนี้

นาวาตรีหญิง  ประธานกรรมการ

(มธุรส พุดทอง)

นาวาตรีหญิง  กรรมการ

(อูษา อภัยฤกษ์)

เรือเอกหญิง  กรรมการ

(วิชุดา กรุดเงิน)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน