

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง ตามคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๗.๒. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทั้งสองเครื่อง ให้สามารถใช้งานชุดคอมพิวเตอร์อิสระร่วมกัน สำหรับการประมวลผลภาพขั้นสูง เพื่อทำการวิเคราะห์ภาพ สำหรับรังสีแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของเครื่อง
- ๗.๓. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
- ๗.๔. ผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งจากยี่ห้อของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ว่าเป็นผู้มีอำนาจในการนำเครื่องมาเสนอแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
- ๗.๕. ผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองว่ามีวิศวกรที่มีความชำนาญผ่านการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จากบริษัทผู้ผลิต เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและให้ความรู้พื้นฐานการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
- ๗.๖. ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Web-Based Software ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสามารถดูรายละเอียดการใช้เครื่อง รวมไปถึงประวัติการให้บริการคนไข้, uptime, information, Utilization ของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗.๗. ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบสถานะความสม่ำเสมอของไฟฟ้า และตรวจสอบอุณหภูมิ พร้อมวัดความชื้นภายในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมเครื่อง และห้องเครื่องมือให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ๗.๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) แบบ NL-SAS ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ TB มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ rpm จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย และผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บภาพเดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่างที่ผ่านการอบรมและได้รับเอกสารรับรองการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS และ RIS) ที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ เพื่อความราบรื่นและต่อเนื่องในการใช้งาน
- ๗.๙. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการเชื่อมต่อระบบ PACS และระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น HIS/RIS เพื่อส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ ข้อมูลผู้ป่วย ผลการวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลให้เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๗.๑๐. ในกรณีที่สัญญาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจะต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดให้ทางโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

- ๗.๑๑. ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการอันหนึ่งอันใดที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ เช่น โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ ไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ หรือเพื่อการค้ำกำไรในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งไม่เผยแพร่ความลับของผู้ว่าจ้างและผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือได้
- ๗.๑๒. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดสถานที่ในโรงพยาบาลเพื่อติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ
- ๗.๑๓. ผู้รับจ้างเป็นผู้ปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ และอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานห้องเอกซเรย์ ซึ่งกำหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถป้องกันรังสีเอกซ์ได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๗.๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งและรื้อถอนเมื่อหมดสัญญา
- ๗.๑๕. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ราคาเท่ากับราคาของการประปา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้น หรือค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต
- ๗.๑๖. กรณีเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติอื่นๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- ๗.๑๗. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ มารับบริการ โดยนำมาติดตั้งที่โรงพยาบาล การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงต้องได้มาตรฐานตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและต้องได้รับอนุญาตให้มิไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายกระทรวง
- ๗.๑๘. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ จะต้องมียละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อก โปรแกรมการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องตามรายละเอียดและคุณลักษณะตามที่โรงพยาบาลกำหนด พร้อมทั้งจะต้องส่งมอบรายละเอียดลักษณะของเครื่องและคู่มือการใช้งานให้กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้สมรรถนะของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ จะต้องสามารถใช้งานได้ครบทุกประการตามรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่อง
- ๗.๑๙. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยของผู้ว่าจ้างทุกรายที่แพทย์ส่งและสั่งให้ตรวจ ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ป่วยโดยตรง รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆ จะต้องผ่านระบบโรงพยาบาลทั้งหมดและผู้รับจ้างเรียกเก็บตรงกับโรงพยาบาล
- ๗.๒๐. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอื่นที่มีไข้ของผู้ป่วยของผู้ว่าจ้าง และหรือผู้ป่วยที่แพทย์ของผู้ว่าจ้างไม่ได้สั่งให้ตรวจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- ๗.๒๑. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ ด้วยความรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างจนกว่าผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับให้ผู้ว่าจ้าง

- ๗.๒๒. เทคนิคการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ รังสีแพทย์ของผู้ว่าจ้าง ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ผู้ตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้างตรวจสอบการทำงานผู้รับจ้างตลอดเวลา
- ๗.๒๓. ผู้รับจ้างจะต้องรักษาจริยบรรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดทราบโดยมิได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้ส่งตรวจ หรือรังสีแพทย์ของโรงพยาบาล หรือผู้ป่วย
- ๗.๒๔. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อ การหมุน ๑ รอบ ทุกวัน และตรวจตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เว้นแต่การหยุดนั้นเป็นเหตุเพราะ ความขัดข้องของผู้ว่าจ้างเอง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา
- ๗.๒๕. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและมีอะไหล่สำรองให้ เพียงพอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นกรณีใดผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการให้บริการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ว่าจ้างทันทีและ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ในกรณีต้องส่งผู้ป่วยไปตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่อื่นผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนการส่งตรวจ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับส่ง และดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย กรณีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างมา ซ่อมแก้ไขภายใน ๒๔ ชั่วโมงและจะต้องให้เสร็จภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมง ยกเว้นกรณีต้องสั่งอะไหล่จาก ต่างประเทศ เช่น หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Detector จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ใน ระหว่างการดำเนินการแก้ไขจะต้องรายงานถึงความคืบหน้าการซ่อมทุกวัน ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างทั้งหมดตาม สัญญา
- ๗.๒๖. การเก็บค่าบริการการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเก็บค่าบริการจาก ผู้ว่าจ้างต่อผู้ป่วย ๑ ราย ในการตรวจแต่ละส่วนตรวจ (part examination) หากผู้ป่วยรายเดียวกันตรวจ แล้วแพทย์/รังสีแพทย์ มีความเห็นสมควรที่จะต้องตรวจเพิ่ม หรือเห็นว่าการตรวจนั้นยังไม่สมบูรณ์ในส่วน ตรวจนั้นๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจเพิ่มโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มจากผู้ว่าจ้างและผู้ป่วยอีก
- ๗.๒๗. ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สารที่รังสี รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการฉีด/กิน เช่น กระจกฉีดยา เข็มฉีดยา ผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบจัดหาเองทั้งหมด และผู้รับจ้างรับผิดชอบการจัดหาฟิล์ม, แผ่น CD/DVD, Flash drive หรือ External storage และอื่นๆ หรือดำเนินการจนได้ภาพถ่ายทางรังสีที่มีคุณภาพในเวลา ที่รวดเร็ว ทั้งนี้ให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์/รังสีแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- ๗.๒๘. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเงื่อนไขอื่นๆ กำหนดระยะเวลาในการรับจ้าง ค่าจ้าง/เงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นในการ รับจ้างมาพร้อม กับเอกสารประกวดราคา (ถ้ามี)
- ๗.๒๙. หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้าง เช่น การให้บริการไม่เหมาะสมเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องเอกซเรย์และ/หรืออุปกรณ์ เสื่อมสภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือไม่ดีพอ และไม่แก้ไขภายในกำหนดข้อสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใดๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๓๐. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีนักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีเทคนิค ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา รังสีเทคนิคที่เป็นปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติงานในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
- ๗.๓๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล อยู่ร่วมด้วยในขณะที่มีการ ตรวจตามแต่ชนิดของการตรวจเฉพาะในเวลาราชการ โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผู้รับจ้างจัดจ้างมาเอง

- ๗.๓๒. พยาบาลวิชาชีพที่ผู้รับจ้างจัดหา มา มีหน้าที่ประเมินผู้ป่วย เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนขณะทำการตรวจและฉีด Contrast Media รวมทั้งเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังการตรวจ ก่อนผู้ป่วยกลับบ้านหรือกลับบ้าน เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนต้องให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วแจ้งทีมแพทย์ พยาบาลของผู้ว่าจ้างทันที กรณีผู้ป่วยต้อง CPR ประกาศเรียกทีม CPR และประสานส่งต่อหอผู้ป่วยกรณีเป็นผู้ป่วยใน และประสานส่งต่อตึกฉุกเฉินกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
- ๗.๓๓. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเสริมงานพัฒนาคุณภาพและการบริการรวมทั้งงานวิชาการด้วย
- ๗.๓๔. ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมจำนวนและรายการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยซึ่งมีเลขประจำตัวผู้ป่วย และรายการตรวจแต่ละรายการรวมทั้งค่าใช้จ่าย เพื่อเบิกเงินค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งโดยปกติจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันสุดท้ายของเดือน
- ๗.๓๕. ผู้รับจ้างต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้า จากองค์การอาหารและยา (อย.) และระบุประเทศผู้ผลิต
- ๗.๓๖. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและให้บริการภายใน ๑๒๐ วัน หลังจากการส่งมอบพื้นที่
- ๗.๓๗. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่มีกระแสไฟฟ้าอันไม่ใช่อุปสรรคของผู้รับจ้าง เนื่องจากไฟฟ้าจากส่วนกลางไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดการจัดส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสถานบริการอื่นที่โรงพยาบาลกำหนด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าจัดส่งผู้ป่วยไปทำการตรวจ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย
- ๗.๓๘. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการและของผู้ว่าจ้างที่มีอยู่ในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในภายหน้า ซึ่งไม่ขัดต่อสัญญาจ้าง
- ๗.๓๙. ข้อกำหนดอื่นใดที่นอกเหนือจากสัญญาที่ ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง และให้ถือว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- ๗.๔๐. กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน ตามปฏิทิน ตามจำนวนครั้งของผู้มารับบริการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือคำนวณค่าจ้างครบตามวงเงินที่ตั้งไว้ หากครบกำหนด ๑๒ เดือน ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญา
- ๗.๔๑. ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารหนังสือรับรองผลงาน/สำเนาสัญญา ว่ามีประสบการณ์การให้บริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อการให้บริการผู้ป่วยอย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารเป็นหลักฐานด้านประสบการณ์ ณ วันเสนอราคา
๘. การเสนอราคา และการส่งมอบ
- ๘.๑. ราคาที่เสนอต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอภายในกำหนดเวลา
- ๘.๒. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กรมธนารักษ์ ในการเช่าพื้นที่และจะต้องรับผิดชอบค่าเช่ารวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดตามระเบียบที่ กรมธนารักษ์ กำหนด
- ๘.๓. ระยะเวลาดำเนินการจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ๑ ปี และกำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๙. การทำสัญญา
- ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญากับโรงพยาบาลภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๐. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับตรงตามเงื่อนไขในสัญญาเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่สำเร็จจริง

๑๑. อัตราค่าปรับ

๑๑.๑ กรณีผู้ให้บริการนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง จะกำหนดค่าปรับสำหรับฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวน ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๑๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการรับจ้าง

๑๓. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๑๔. เงินงบประมาณ

เงินค่าพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ได้มาจากเงินรายรับสถานพยาบาล

๑๕. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ anchalee6003@yahoo.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๐๐ ต่อ ๖๙๕๕๐ ทั้งนี้ ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศ

๑๖. การเสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น ; ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานฉบับนี้ได้ที่สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๖๓ หมู่ ๑ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๙๓ ๓๙๐๐ ต่อ ๖๙๕๕๐

E - mail anchalee6003@yahoo.com

ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ให้โรงพยาบาลทราบด้วย พร้อมทั้งใช้แบบฟอร์มการวิจารณ์ตามที่แนบในร่างขอบเขตงานนี้

ลงชื่อ น.อ.หญิง อัญชลี ลีพูลทรัพย์ ประธานกรรมการ
(อัญชลี ลีพูลทรัพย์)

น.อ. อดุม ห้าวหาญ กรรมการ
(อดุม ห้าวหาญ)

น.ต. มงคล น้าทับทิม กรรมการ
(มงคล น้าทับทิม)

ราคาค่าตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ลำดับ	รหัสรายการ	รายการ	หน่วย	ราคา(บาท) กรมบัญชีกลาง	หมายเหตุ
8.4 Computerized Tomography				100%	
8.4.1	44004	Additional 3D reconstruction/image processing 1 part	ครั้ง	2,000	
8.4.2	44005	Additional multiphase	ครั้ง	1,000	
8.4.3	44006	Additional CT perfusion	ครั้ง	8,000	
8.4.4	44020	CT Fistulography	ครั้ง	7,000	
8.4.5	44101	CT Brain without contrast study	ครั้ง	3,500	
8.4.6	44102	CT Brain with contrast study	ครั้ง	5,000	
8.4.7	44103	CTA: Brain	ครั้ง	12,000	
8.4.8	44105	CTV: Brain	ครั้ง	12,000	
8.4.9	44143	CT Spine: Cervical	ครั้ง	6,000	
8.4.10	44144	CT Spine: Thoracic	ครั้ง	6,000	
8.4.11	44146	CT Spine: Lumbosacral	ครั้ง	6,000	
8.4.12	44201	CT Facial bone	ครั้ง	5,000	
8.4.13	44210	CT Orbits	ครั้ง	5,000	
8.4.14	44220	CT Temporal bone (including internal acoustic canals)	ครั้ง	5,000	
8.4.15	44232	CT PNS screening	ครั้ง	2,500	
8.4.16	44233	CT Paranasal sinuses without contrast	ครั้ง	3,500	
8.4.17	44234	CT Paranasal sinuses with contrast	ครั้ง	5,000	
8.4.18	44241	CT Dental scan- maxilla	ครั้ง	5,000	
8.4.19	44242	CT Dental scan- mandible	ครั้ง	5,000	
8.4.20	44250	CT Neck	ครั้ง	6,000	
8.4.21	44251	CTA: Neck	ครั้ง	12,000	
8.4.22	44253	CTV: Neck	ครั้ง	12,000	
8.4.23	44260	CT Larynx (or CT Vocal cord paralysis)	ครั้ง	6,000	

นอ. กุล วัลย์.
(ผู้อำนวยการ)

8.4.24	44301	CT Chest with contrast	ครึ่ง	6,000	
8.4.25	44302	High resolution CT chest (HRCT)	ครึ่ง	5,000	
8.4.26	44303	CT Chest without contrast	ครึ่ง	4,000	
8.4.27	44310	CTA: Chest	ครึ่ง	12,000	
8.4.28	44311	CTA: Pulmonary artery	ครึ่ง	12,000	
8.4.29	44312	CTV: Chest	ครึ่ง	12,000	
8.4.30	44402	CTA: Coronary arteries	ครึ่ง	15,000	
8.4.31	44404	CT Cardiac function	ครึ่ง	15,000	
8.4.32	44405	CT Coronary calcium score	ครึ่ง	4,000	
8.4.33	44422	CTA: Thoracic aorta	ครึ่ง	12,000	
8.4.34	44423	CTA:Abdominal aorta	ครึ่ง	12,000	
8.4.35	44501	CT Upper abdomen	ครึ่ง	6,000	
8.4.36	44502	CT Lower abdomen	ครึ่ง	6,000	
8.4.37	44503	CT Whole abdomen	ครึ่ง	10,000	
8.4.38	44505	CTV: Abdomen	ครึ่ง	12,000	
8.4.39	44508	CT Peritoneography	ครึ่ง	10,000	
8.4.40	44510	CTA: Liver donor	ครึ่ง	12,000	
8.4.41	44531	CT Enterography	ครึ่ง	12,000	
8.4.42	44532	CT Colonography	ครึ่ง	11,000	
8.4.43	44602	CT Urinary tract (or KUB)	ครึ่ง	6,000	
8.4.44	44603	CTA: Pelvis	ครึ่ง	12,000	
8.4.45	44611	CTA: Renal arteries	ครึ่ง	12,000	
8.4.46	44620	CT Cystography	ครึ่ง	7,000	
8.4.47	44720	CT Shoulder joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.48	44721	CT Arm (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.49	44722	CT Elbow joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.50	44723	CT Forearm (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.51	44724	CT Wrist joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	

H.O. 
(คนทำบัญชี)

8.4.52	44725	CT Hand (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.53	44726	CT Arthrography: Shoulder joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.54	44727	CT Arthrography: Elbow joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.55	44728	CT Arthrography: Wrist joint (1side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.56	44750	CTA: Upper extremities (peripheral runoff)	ครึ่ง	12,000	
8.4.57	44751	CTV: Upper extremities	ครึ่ง	12,000	
8.4.58	44760	CTA: Lower extremities (peripheral runoff)	ครึ่ง	15,000	
8.4.59	44761	CTV: Lower extremities	ครึ่ง	15,000	
8.4.60	44780	CT Hip joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.61	44781	CT Thigh (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.62	44782	CT Knee joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.63	44783	CT Leg (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.64	44784	CT Ankle joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.65	44785	CT Foot (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.66	44786	CT Arthrography: Hip joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.67	44787	CT Arthrography: Knee joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.68	44788	CT Arthrography: Ankle joint (1 side = 1 part)	ครึ่ง	6,000	
8.4.69	44901	Using non-ionic contrast media	ครึ่ง	1,100	
8.4.70	44910	Biopsy under CT guidance	ครึ่ง	3,000	

น.อ. กุล ณี
(ศตม นวทศ.)