

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง ตามคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๗.๒. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทั้งสองเครื่อง ให้สามารถใช้งานชุดคอมพิวเตอร์อิสระร่วมกัน สำหรับการประมวลผลภาพขั้นสูง เพื่อทำการวิเคราะห์ภาพ สำหรับรังสีแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของเครื่อง
- ๗.๓. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังจากติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
- ๗.๔. ผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ว่าเป็นผู้มีอำนาจในการนำเครื่องมาเสนอแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
- ๗.๕. ผู้รับจ้างต้องมีเอกสารรับรองว่ามีวิศวกรที่มีความชำนาญผ่านการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จากบริษัทผู้ผลิต เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและให้ความรู้พื้นฐานการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
- ๗.๖. ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Web-Based Software ที่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสามารถดูรายละเอียดการใช้เครื่อง รวมไปถึงประวัติการให้บริการคนไข้, uptime, information, Utilization ของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗.๗. ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบสถานะความสม่ำเสมอของไฟฟ้า และตรวจสอบอุณหภูมิ พร้อมวัดความชื้นภายในห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมเครื่อง และห้องเครื่องมือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ๗.๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) แบบ NL-SAS ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ TB มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ rpm จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย และผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บภาพเดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่างที่ผ่านการอบรมและได้รับเอกสารรับรองการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS และ RIS) ที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ เพื่อความราบรื่นและต่อเนื่องในการใช้งาน
- ๗.๙. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการเชื่อมต่อระบบ PACS และระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น HIS/RIS เพื่อส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์ ข้อมูลผู้ป่วย ผลการวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลให้เพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๗.๑๐. ในกรณีที่สัญญาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์สิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจะต้องทำการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดให้ทางโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

- ๗.๑๑. ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการอันหนึ่งอันใดที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ เช่น โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ ไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ หรือเพื่อการค้ำกำไรในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งไม่เผยแพร่ความลับของผู้ว่าจ้างและผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือได้
- ๗.๑๒. ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดสถานที่ในโรงพยาบาลเพื่อติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ
- ๗.๑๓. ผู้รับจ้างเป็นผู้ปรับปรุงอาคารและสถานที่ เพื่อให้สามารถติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ และอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานห้องเอกซเรย์ ซึ่งกำหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถป้องกันรังสีเอกซ์ได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพร้อมการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๗.๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งและรื้อถอนเมื่อหมดสัญญา
- ๗.๑๕. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ราคาเท่ากับราคาของการประปา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้น หรือค่าบริการอื่นใดที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต
- ๗.๑๖. กรณีเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติอื่นๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- ๗.๑๗. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ มารับบริการ โดยนำมาติดตั้งที่โรงพยาบาล การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงต้องได้มาตรฐานตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและต้องได้รับอนุญาตให้มิไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายกระทรวง
- ๗.๑๘. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ จะต้องมียละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อก โปรแกรมการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องตามรายละเอียดและคุณลักษณะตามที่โรงพยาบาลกำหนด พร้อมทั้งจะต้องส่งมอบรายละเอียดลักษณะของเครื่องและคู่มือการใช้งานให้กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้สมรรถนะของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ จะต้องสามารถใช้งานได้ครบทุกประการตามรายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่อง
- ๗.๑๙. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยของผู้ว่าจ้างทุกรายที่แพทย์ส่งและสั่งให้ตรวจ ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ป่วยโดยตรง รวมถึงผู้ป่วยอื่นๆ จะต้องผ่านระบบโรงพยาบาลทั้งหมดและผู้รับจ้างเรียกเก็บตรงกับโรงพยาบาล
- ๗.๒๐. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอื่นที่มีไข้ของผู้ป่วยของผู้ว่าจ้าง และหรือผู้ป่วยที่แพทย์ของผู้ว่าจ้างไม่ได้สั่งให้ตรวจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
- ๗.๒๑. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ ๑๒๘ สไลด์ ต่อการหมุน ๑ รอบ ด้วยความรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยนั้นอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างจนกว่าผู้ป่วยจะถูกส่งตัวกลับให้ผู้ว่าจ้าง